

米国・CARLETON社

# TEST-A-PACK パッケージシール強度テスター

## モデル2600 パッケージシール強度テスター



ASTM F 1140-2000, ISO 11607に準拠した装置です。

医療用具、食品、医薬品産業で使われる多様な多孔性又は無孔性パッケージのシール部分の強度を測定します。

パッケージシール強度テスターは圧力空気を包装材内に送り込みバースト(破裂)又は、クリープ(一定の圧力を加えて包装材のシール部分の剥離強度)までの圧力を測定して自動記録する装置です。

## モデル2700 インティグリティテスター



モデル2700はパッケージの無孔性の完全さを確認する迅速で正確なテスト方法を提供します。(ASTM D-3078-94)

医療用具、食品、医薬品産業の包装材のシール部や素材からの漏れやバリア性をテストするための装置です。

## 株式会社センコム

110-0016 東京都台東区台東4-1-9

TEL:03-3839-6321

FAX:03-3839-6324

URL:<http://www.senkom.com>

E-mail:[info@senkom.com](mailto:info@senkom.com)